




附表六、感染性生物材料之三層包裝規定

項目	國際包裝規定	P620	P650	豁免
第一層（主）容器	有（防滲漏）	有（防滲漏）	有（防滲漏）	有（防滲漏）
第二層容器	有（防滲漏）	有（防滲漏）	有（防滲漏）	有（防滲漏）
外層包裝	有	有	有	有
第一層與第二層容器之間吸收性材料	有	有	有	有
1.2公尺落地測試（完整包裝）	—	—	必須通過	—
9公尺落地測試（第二層容器）	必須通過	—	—	—
7公斤穿刺強度測試（第二層容器）	必須通過	—	—	—
95 KPa 壓力測試（第一層或第二層容器）	必須通過	必須通過	必須通過	—
<p>P620圖例</p> 	<p>P650圖例</p> 			
<p>豁免圖例</p> 				

說明：屬於病原體之衍生物，例如核酸、蛋白質等（生物毒素除外），符合以豁免規定進行包裝運送。